



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

| | |
|--|----------------------------|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-003-2023 | ACTA NOTIFICACIÓN DE FALLO |
| "ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" | |

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas, del 24 de octubre de 2023, en la Sala de Directores de la CPA en KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México; los servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; para llevar a cabo el **Acto de Notificación de Fallo** motivo de ésta Licitación Pública.-----

I. Servidor Público que preside el acto. -----

La Ing. Cirse Andrea Rodríguez Mendoza, Jefa de Departamento de Adquisiciones y Servicios de la CPA, en cumplimiento, a lo establecido en los artículos 36, y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y el artículo 52 de su Reglamento, con fundamento en las disposiciones establecidas en el Título III, Capítulo Tercero, numeral TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO NOVENO de los "**LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA**", lo previsto en el artículo Cuadragésimo Primero de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2023, así como el numeral 3.5 de la presente convocatoria y demás disposiciones aplicables, quien procede a dar lectura al fallo emitido por la CPA, a efecto de darlo a conocer al interesado.

FALLO

De conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deja constancia de la relación de los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas, expresando las razones legales – administrativas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la Licitación Pública que en cada caso se incumpla.

Las proposiciones fueron evaluadas bajo el criterio de evaluación binaria, el cual fue establecido en punto 3 de la convocatoria, por lo que se determina lo siguiente:

Se evaluó en primer término la propuesta Legal - administrativa, posteriormente la Técnica y al final la Económica de aquellas proposiciones cuyas propuestas Legal - administrativa y técnicas resultaron solventes.



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES
(CPA)**

I. PROPOSICIONES RECIBIDAS

| No. | NOMBRE DEL LICITANTE |
|-----|--|
| 1 | Distribuidora Deslab S De RL de CV |
| 2 | Detección Molecular y Asesoría Analítica, S.A. de C.V. |
| 3 | Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V. |
| 4 | Control y Filtración de Aire, S.A. de C.V. |

II. EVALUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Como resultado del análisis detallado que se realizó a la documentación de las proposiciones recibidas por los participantes, se verificó que las empresas cumplen satisfactoriamente con los requerimientos solicitados en la Convocatoria de Licitación con respecto de los aspectos Legales - administrativos, como se indica en el CUADRO 1. DICTAMEN LEGAL Y ADMINISTRATIVO, que consta de 2 (dos) fojas, las cuales se adjuntan como parte integrante de esta Acta.

Los licitantes **ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.** y **CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V.** no cumplen con todos los requisitos señalados en la Convocatoria a esta Licitación, de acuerdo a lo siguiente:

- A) El licitante **ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.** no presenta Formato 11 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE FACULTADES", no presenta, Formato 12 "NACIONALIDAD", no presenta Formato 13 "CONFLICTO DE INTERES", no presenta Formato 14 "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT", incumpliendo con los requisitos señalados en el numeral 2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa de la presente Convocatoria.
- B) El licitante **CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V.** no presenta las hojas de su propuesta debidamente foliadas, esto en cumplimiento del numeral 3.4 Criterios de desechamiento fracción VIII, en el cual se indica que serán desechadas la propuesta cuando los documentos que integren la proposición no estén foliados en todas y cada una de las hojas que los integren.

De esta manera se establece que las propuestas presentadas por los licitantes que no cumplen con todos los requisitos legales - administrativos, no proceden a dar continuidad a la evaluación técnica presentada por los mismos.

III. EVALUACIÓN TÉCNICA

De lo anterior, se procedió a la evaluación de los requerimientos técnicos de las proposiciones a las que se refieren en el punto 2.2.2 Propuesta Técnica de la Convocatoria a esta Licitación.

Como resultado del análisis detallado que se realizó a la documentación de las proposiciones recibidas con respecto a los aspectos técnicos, se anexa CUADRO 2. DICTAMEN TÉCNICO, que consta de 5 (cinco) fojas, las cuales se adjuntan como parte integrante de esta Acta.



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Las ofertas de los licitantes aceptados legal-administrativa, técnica y económicamente, se analizaron que los precios fuera aceptables y convenientes, así como la comparación efectuada entre ellas, con la finalidad de preservar las mejores condiciones para el Estado.

Con base en el numeral 7.3 de la convocatoria, se evaluaron las partidas solventes, las cuales se detallan en el CUADRO 3. EVALUACIÓN ECONÓMICA que consta de 2 (dos) fojas, mismo que se anexa a la presente Acta.

Las partidas 5,6 y 12 ofertadas por el licitante **DETECCIÓN MOLECULAR Y ASESORÍA ANALÍTICA, S.A. DE C.V.** quedan desechadas en cumplimiento con el numeral 3.4 Criterios de desechamiento fracción VI de la Convocatoria y Bases de la presente Licitación, la cual menciona que será motivo de desechamiento si los precios ofertados no son aceptables conforme a la Investigación de Mercado realizada.

V. LICITANTE ADJUDICADO

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Cuadragésimo Primero de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2023; numeral 3.3 de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. CPA-LP-003-2023 y con base a la evaluación efectuada a las proposiciones recibidas, la adjudicación del contrato se efectúa conforme a lo siguiente:

| No. | NOMBRE DEL LICITANTE | PARTIDAS ADJUDICADAS | MONTO ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. |
|-----|--|----------------------|----------------------------------|
| 1 | Detección Molecular y Asesoría Analítica, S.A. de C.V. | 4 | \$ 542.64 |

Lo anterior, por ser la proposición solvente económica y que ha acreditado satisfactoriamente todos los requisitos solicitados en la convocatoria de este procedimiento y por haber sido la oferta que se encuentran dentro del presupuesto solicitado para el ejercicio 2023; con lo cual se garantiza al Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

VI. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Cirse Andrea Rodríguez Mendoza, Jefa de Departamento de Adquisiciones y Servicios de la CPA

VII. VIGENCIA DEL CONTRATO

A partir de la fecha en que se firme y hasta el 29 de diciembre de 2023.



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

VIII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO

La siguiente documentación deberá presentarse previo a la firma del contrato:

- Copia de acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en territorio nacional.
- Copia de poder otorgado ante fedatario público y original para su cotejo.
- Copia de identificación oficial vigente del representante legal.
- Copia de Constancia de Situación Fiscal.
- Comprobante de domicilio.
- Copia del estado de cuenta bancario o constancia de la institución financiera que incluya el número de cuenta bancaria, así como la clabe bancaria estandarizada (clabe) a 18 dígitos.
- Presentar opinión positiva respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedidos por el SAT en observancia a lo establecido en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación. Dicho documento deberá ser de fecha no mayor a 30 días anteriores a la fecha de fallo programada en el presente procedimiento.
- Presentar opinión positiva respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad en lo establecido en la regla quinta del "ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su anexo único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015. Dicho documento deberá ser de fecha no mayor a 30 días anteriores a la fecha de fallo programada en el presente procedimiento.
- Presentar constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos emitida por el INFONAVIT. Dicho documento deberá ser de fecha no mayor a 30 días anteriores a la fecha de fallo programada en el presente procedimiento.

IX. FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El representante legal del licitante ganador deberá firmar el contrato correspondiente el día 7 de noviembre de 2023 a las 11:00 horas en la Sala de Directores de la CPA en KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad De México.

Cualquier duda podrá realizarla a través del correo electrónico:

cirse.rodriguez.i@senasica.gob.mx

Con la notificación del presente fallo mediante el cual se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles por la CPA, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar dicho contrato en la fecha y términos señalados en el presente rubro, con fundamento al numeral 5 de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, vigentes.



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

X. PARTIDAS DESIERTAS

Del análisis detallado que se realizó a la documentación y a las proposiciones recibidas con respecto de los aspectos Legales – administrativos, técnicos y económicos, se concluye, que las partidas señaladas en el siguiente cuadro, se declaran desiertas:

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----------|--|----------|-------|------------------|----------|
| 1 | Escáner de libros y documentos de gran formato S21, captura A2, alta resolución de 27 MP, aplanado automático y extracción de huellas dactilares, altura ajustable, OCR multilingüe, funciona en Windows y macOS | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 2 | Computadora Desktop Prod Desk 400 G7, con procesador intel, corefrecuencia base de 3,6 GHZ, hasta 4-3 GHZ, con tecnología Intel Turbo Boost, 6 mb de caché L3 y 4 núcleos, RAM DDR4-2666 mhz de 8 | N/A | N/A | Pieza | 3 |
| 3 | Tableta gráfica con un tamaño mínimo de 160 x 100mm, alámbrica o inalámbrica. | N/A | N/A | Pieza | 2 |
| 5 | Camilla marina plegable de rescate, acero cromado | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 6 | Estetoscopio cardio 2 pro | N/A | N/A | Pieza | 1 |

Juan
ES



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES
(CPA)

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----------|---|---|-------|------------------|----------|
| 7 | Microscopio binocular óptico invertido de luz campo claro y contraste de fases, MODELO: Axio Vert.A1 FL-LED (LED fluorescente para luz reflejada, luz reflejada de fluorescencia de LED) /Objective LD A-Plan Ph1 (10× (0,25 mm)/5× (0,15 mm))/LED module, wavelength 530 nm /Juego de filtros 14, excitación BP 510-560 y Green filter, Ø: 32 mm | Microscopio (630-2152)/objetivos (ZEIS4212419910000 /ZEIS4212319910000)/LED module (ZEIS4230529552000)/Filter set (ZEIS4880140000000 y ZEIS0000001374896) | Zeiss | Pieza | 1 |
| 8 | Balanza analítica de precisión, capacidad 420 x 0.001 g, circular de 5.1" | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 9 | Balanza electrónica de precisión, capacidad 2,200 x 0.1 g, 7.5 x 5.7". | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 10 | Congelador con rango de temperatura de -22 a -18° C, interior de acero inoxidable, respaldo de aluminio, puerta de vidrio con cierre automático con cerradura y llave, Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia. Sistema de control electrónico que facilita el ajuste de temperatura y frecuencia de descongelación, compresor Huayi, controles Dixell, deshielo por resistencia, ruedas preinstaladas de servicio pesado con freno. | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 11 | Congelador vertical, puerta de cristal con dos vidrios templados, condensador de bajo mantenimiento, iluminación led, parrilla frontal plástica, y rango de t de -23 a -20.5 c, cap. 23,3 pies cúbicos, medidas 0.77m frente x 0.79 fondo x 2m de alto | N/A | N/A | Pieza | 1 |

[Handwritten signature and initials in blue ink]



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----------|--|--------------|-------------------|------------------|----------|
| 12 | Equipo de tanque de oxígeno, capacidad de volumen 680 Litros, puntas nasales, vaso humidificador, carro para trasladar COXI, Mascarillo de oxígeno adulto, regulador desmontable, cilindro de aluminio. | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 13 | Horno de secado de mesa. Características: Capacidad: 18 litros Intervalo de temperatura: T.A + 10°C ~ 300°C. Estabilidad de temperatura: ± 1.0 °C. Tipo de convección: Convección natural. Dimensiones externas: 380 x 455 x 560 mm. Dimensiones internas: 260 x 260 x 260 mm. Peso neto: 24 Kg. Potencia: 0.6 kW. Alimentación: CA 110V, 60Hz. Accesorios: Rejillas removibles, Cable de alimentación y Manual de operación. | Modelo 9025H | ECOSHEL | Pieza | 1 |
| 14 | Estufa de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™ rango de temp: 50°C to 330°C | 51028118 | Thermo Scientific | Pieza | 1 |
| 15 | Incubadora para 2,000 huevos. Totalmente automática digitalizada. · Sistema de temperatura decimal inteligente para mayor exactitud, (ayuda a monitorear el proceso de incubación a través del celular por medio de una APP). · Sistema de humedad automático programable. · Interruptor de Encendido/Apagado independiente: Resistencia, Ventilador, Humidificador, Luz Interior. · Contador de días de incubación. · Mayor ahorro de energía. · En caso de ausencia de luz soporta hasta 14 horas manteniendo su temperatura. · Charola para agua plástica para evitar corrosión en la misma. · Luz LED para mayor ahorro de energía y no genera calentamiento extra. · 9 meses de garantía. · Ovoscopio. · Desinfectante. · Emblema. · Sello de autenticidad. | N/A | N/A | Pieza | 1 |

Juan



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----------|--|-----------|--------------------|------------------|----------|
| 16 | Microscopio óptico compuesto: cabezal binocular, elementos de vidrio óptico precisos de alta calidad, objetivos acromáticos (4X, 10X, 40X y 100x) y variable iluminación de intensidad | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 17 | Rack para ratones (Rack ventilado para ratones Allentown BCU2, con capacidad de 48 jaulas, sistema IVC con circuito de aire totalmente sellado con presión negativa. Filtración HEPA certificada y sello de 4 puntos, Medidas: 1.45 x 0.65 x 1.98 m. | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 18 | Refrigerador TSG Series General Purpose Laboratory Refrigerators. Rango de temp.2°C to 10°C | TSG45RPLA | Thermo Scientific™ | Pieza | 2 |
| 19 | Refrigerador de acero inoxidable, una puerta solida de 23 pies control digital, llantas al piso, tres parrillas, puerta con llave, rango de t de 0 a 4 grados | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 20 | Refrigerador vertical de una puerta con marco de aluminio anodizado con cuatro parrillas con altura ajustable y una de piso, capacidad de 20 pies cubico, control de T digital, iluminación LED, bajo consumo de energía, sistema de refrigeración por aire forzado, T de 0 a 6 grados, unidad de un tercio HP, 0.716 m frentex 0.780m fondo x 2.022m alto. | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 21 | Refrigerador vertical de una puerta con marco de aluminio anodizado con tres parrillas con altura ajustable y una de piso, cap. de 8 pies cúbicos, control de t digital, iluminación led, bajo consumo de energía, sistema de refrigeración por aire forzado, unidad de 1 sexto hp, puertas de cristal, cap. de 8.1, medidas 0.480m frente x 0.605m fondox 1.830m alto, t de 0 a 6 grados C. | N/A | N/A | Pieza | 1 |

Juan
RB



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----------|---|-------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 22 | Sopladora compacta, de 120 voltios, de mano, potencia 600w, mas bolsa recolectora volumen máximo de aire 145 cfm para limpieza, mango ergonómico, gatillo grande con boton fijador de encendido, diseño compacto. | N/A | N/A | Pieza | 2 |
| 23 | Tanques de criopreserva (tanques de nitrógeno): Locator 4 Plus Estándar Rack. Especificaciones: Estándar Rack (1.8ml viales). Rack part no. HR509X2A-70 4/VESSEL 1.8ml 81 or 100 AMPULE BOX: CS509X15 40/vessel 10 /racks. Tipo: Llenado manual de vaso Dewar con NL2. Capacidad (imperial): 4,273 pies cúb. Capacidad (métrico): 121 l. Intervalo de temperatura: Por debajo de - 180 °C. Aislamiento: Vacío. Capacidad de la gradilla: 4. Admite: 6000 muestras. Certificaciones/conformidad: CE, CSA. Incluye: Con control de nivel. Modelo: Locator 4 Plus. Tiempo contención estático: 122 días. Altura exterior (imperial): 37,5 in. Altura exterior (métrico): 95,3 cm. Diámetro (imperial): 22 pulg. Diámetro del interior del cuello (imperial): 8,5 in. Diámetro (métrico):55,9 cm. Diámetro del interior del cuello (métrico): 21,5 cm. Opciones de vigilancia: Nivel ultrasónico. Tensión: 220 V. Requisitos eléctricos: 220 V/50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Consumo energético: 0.60L. Capac. viales: 4000. Peso con embalaje (métrico): 53,5 kg. Unit Size: Each. | Locator 4 Plus CY509108 | Thermo Fisher Scientific | Pieza | 1 |
| 24 | Tanques de criopreserva (tanques de nitrógeno): Locator 4 Plus Special rack. Rack part no. HR509X20A 4/VESSEL 5.0ml I 81 AMPULE BOX: CS509X10 20/vessel 5/racks. Tipo: Llenado manual de vaso Dewar con NL2. Capacidad (imperial): 4,273 pies cúb. Capacidad (métrico): 121 l. Intervalo de temperatura: Por debajo de - 180 °C. Aislamiento: Vacío. Capacidad de la gradilla: 4. Admite: 6000 muestras. Certificaciones/conformidad: CE, CSA. Incluye: Con control de nivel. Modelo: Locator 4 Plus. Tiempo contención estático: 122 días. Altura exterior (imperial): 37,5 in. Altura exterior | N/A | N/A | Pieza | 1 |

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.

Juan



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----------|---|------------|--------------------|------------------|----------|
| | (métrico): 95,3 cm. Diámetro (imperial): 22 pulg. Diámetro del interior del cuello (imperial): 8,5 in. Diámetro (métrico): 55,9 cm. Diámetro del interior del cuello (métrico): 21,5 cm. Opciones de vigilancia: Nivel ultrasónico. Tensión: 220 V. Requisitos eléctricos: 220 V/50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Consumo energético: 0.60L. Capac. viales: 4000. Peso con embalaje (métrico): 53,5 kg. Unit Size: Each. | | | | |
| 25 | Ultracongeladores serie TDE. Rango de temperatura. -50°C to -86°C | TDE60086FA | Thermo Scientific™ | Pieza | 4 |
| 26 | Equipo Ruseco sanyx-400 de última generación, elabora hasta 40 lts por hora de ácido hipocloroso | N/A | N/A | Pieza | 1 |
| 27 | Tunel de descontaminación por medio de puls-jet P-4 | N/A | N/A | Pieza | 1 |

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----------|---|----------|----------|------------------|----------|
| 28 | <p>Incinerador MINI de Addfield-Gas Repuestos y piezas consumibles e incidentales 1 año-Diesel. Incluye instalación y entrenamiento al operario. COMPONENTES ADICIONALES Extensiones de chimenea Si es necesario y de acuerdo de los requerimientos del cliente las chimeneas se podrán extender por secciones. La altura estándar de la máquina con la chimenea suministrada es desde el piso es de 3660mm Depósito de combustible (Diésel solamente) Un depósito de combustible (doble pared de 110%) para 1000 litros provisto con: punto de llenado con tapa de rosca para cierre. Puntos localizados para ventilación. Indicador de contenidos de nivel para el aceite. Capacidad de prevención de sobrellenado. Desagüe inferior. Este depósito de combustible cumple o supera todos los requisitos para el almacenamiento de aceite detallados en: Control de la Contaminación (Almacenamiento de Aceite) (Inglaterra) Reglamentos 2001 Control de la Contaminación (ensilaje, lodo y Gasóleo agrícola) Reglamentación de 1991 Alianza Ambiental para Prevención de la contaminación. Directrices PPG 2 REPUESTOS Y PIEZAS DE MANTENIMIENTO Las siguientes listas dan una indicación del nivel requerido de repuestos que se requeriría para un período de funcionamiento de doce meses, y que deberían ser hallados por el cliente. Durante el período de garantía de responsabilidad civil / defectos de los repuestos utilizados incidentales, requeridos por causa justificada del elemento original, serían reemplazados sin cargo alguno para el cliente. Sin embargo, el cliente sería responsable de reemplazar los repuestos consumibles. Repuestos consumibles (1 año) - Diesel - AG-2B-CD Repuestos consumibles (1 año) - Diesel - AG-2B-CD Repuesto Nivel de existencias recomendado por año Thermocouples TCTHD-253MA-230 1</p> | N/A | Addfield | Pieza | 1 |

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----------|--|----------|-------|------------------|----------|
| | <p>Burner Blast Tubes MAXI2BTTL 2 Burner Diffusers DIFFMAXI2 2 Burner Nozzles NOZZLE1.25X60 1 Burner Nozzles NOZZLE1.50X60 1 Fuel Filter FILTERCART1 Incidental Spares (1 year) - Diesel - AG-2B-ID Item Nivel de existencias recomendado Combustion Burner MAXI2DB 1 Control Box CBOXLOA24 1 Características a considerar Cámara primaria · Revestimiento de ladrillo para optimizar el rendimiento térmico, precalentado a 1600 ° C · Tres capas de revestimiento refractario con un aislamiento de 180 mm Fácil de mantener Cámara Secundaria Dos segundos de tiempo de retención de gas Totalmente refractario forrado y aislado Aislamiento térmico de hasta 1430 ° C Trabajo de Acero La estructura principal está fabricada de acero robusto de 8mm y 10mm de espesor Superficies internas protegidas con un revestimiento resistente al ácido Totalmente cosido soldado, creando una construcción no derramada, doblada Acabado exterior Pintado en un sistema de pintura de dos tiempos, altamente duradero y resistente a la intemperie, que se cuece a 70 ° C Sistemas de combustión · 1x quemador de la cámara primaria 1x cámara secundaria después del quemador Ambos quemadores incorporan un ventilador de aire de combustión ajustable integrado y diales de presión de combustible ajustables. Los quemadores cuentan con emisiones nocivas respetuosas con el medio ambiente, con capacidades de disparo por pulsos para ahorrar combustible y mantener óptimas temperaturas de incineración SISTEMAS ELÉCTRICOS Resistente a la intemperie, clasificado IP65. De acuerdo con BS7671 17ª edición. · Resistente a la intemperie, clasificado IP65. De acuerdo con BS7671 17ª edición · 220v -240v, monofásico 50-60Hz - Fuente de alimentación de 13-16 amperios requerida Sistemas de control PLC avanzado de Addfield</p> | | | | |

Juan



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES
(CPA)

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------------|---|----------|-------|---------------------|----------|
| | controlado. Fácil de usar, robusto, resistente y plug and play. ductos de chimenea Secciones robustas de acero dulce fabricadas montadas en cámara, extensibles | | | | |

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

Para efectos de la notificación y en términos de las disposiciones establecidas en el Título III, Capítulo Tercero, numeral TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO NOVENO de los "LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA", a partir de esta fecha queda a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta acta en el KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad De México, en donde se fijará copia del acta, la cual estará disponible por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica <http://cpa.gob.mx>.


II. Cierre del acta de Fallo. -----

En apego a lo establecido en el artículo 56, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a lo dispuesto en el numeral 3.5 de la presente convocatoria, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante este procedimiento de Licitación Pública podrán ser devueltas si lo solicita, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha de éste fallo, salvo las proposiciones que señala el artículo 104 del Reglamento a la Ley antes aludida.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta, siendo las 11:30 horas del mismo día, mes y año de su inicio.

Esta acta consta de 15 páginas, firmando al margen y al calce para los efectos legales y de conformidad con los asistentes a este evento.

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS
ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES**


MTRA. GRECIA ARELI ARENAS RIVERA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE
SUMINISTROS Y ADQUISICIONES


ING. CIRSE ANDREA RODRÍGUEZ MENDOZA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

**POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES**

MVZ. DIANA LAURA HERNÁNDEZ GARCÍA.
EN REPRESENTACIÓN DEL MVZ RODRIGO
ARMANDO MORENO GARCÍA SUBDIRECTOR
TÉCNICO

MVZ. MARIO SOLÍS HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE DIAGNÓSTICO
ESPECIALIZADO

M. EN C. MVZ. ENRIQUE JAIME PÉREZ VÁZQUEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL MVZ. JUVENTINO
SALDIVAR MONTALVO COORDINADOR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

..... FIN DEL ACTA



Lista de asistencia

Asunto:

Acto de Fallo Licitación Pública No. CPA-LP-003-2023

Fecha: 2023-10-24

Ubicación:

Sala de Directores

| Nombre | Procedencia / Área interna | Teléfono / Extensión | Correo electrónico | Firma |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| Diana Leticia Hernández García | SI | 53436 | laura.hernandez1@senasica.gob.mx | |
| Enrique Jaime Pérez Vázquez | CPA | 53432 | enrique.perez@senasica.gob.mx | |
| Grecia Areli Arenas Rivera | GSA | 53442 | grecia.arenas.i@senasica.gob.mx | |
| Circe Andrea Rodríguez Mandato | GSA | 53441 | circe.rodriguez.i@senasica.gob.mx | |
| Diego Márquez Candón | AD | 53442 | diego.marquez.i@senasica.gob.mx | |
| Mario Solís Hernández | SD | 53258 | mario.solis@senasica.gob.mx | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



CUADRO 1.- DICTAMEN LEGAL - ADMINISTRATIVO
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-003-2023
 "ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

| 2.1 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES PARTICIPEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4 |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| | DISTRIBUIDORA DESLAB S DE RL DE CV | DETECCIÓN MOLECULAR Y ASESORÍA ANALÍTICA, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V. |
| 2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa | | | | |
| 1.- A. Con el objeto de acreditar su personalidad, los proveedores o sus representantes podrán exhibir Formato 1 "CARTA BAJO PROTESTA DE ESTATUTOS" , que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Del participante: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante legal. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; así como el nombre de los socios. y ➤ Del representante legal del participante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 2.- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal; tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.- Formato 2 "CARTA BAJO PROTESTA DE NO REVOCACIÓN DE PODERES" declarando bajo protesta de decir verdad que el poder que se exhibe no ha sido revocado ni limitado en forma alguna. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.- El participante deberá presentar Formato 3 "CARTA BAJO PROTESTA DE NO INHABILITACIÓN Y/O SUSPENSIÓN" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 5.- El participante deberá presentar Formato 4 "CARTA BAJO PROTESTA DE CONFORMIDAD" con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las bases de licitación. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.- El participante deberá presentar Formato 5 "CARTA COMPROMISO PARA RESPONDER POR FALLA Y/O DEFECTO" sobre el servicio proporcionado, así como alguna responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el código civil federal. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 7.- El participante deberá presentar Formato 6 "CARTA GARANTÍA DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES" sobre las características y especificaciones técnicas establecidas en las presentes bases conforme a su propuesta. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.- El participante deberá presentar Formato 7 "CARTA GARANTÍA DE ENTREGAS" sobre la realización del servicio en estricto apego a las especificaciones establecidas en el anexo 1. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.- El participante deberá presentar Formato 8 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE PAGO DE IMPUESTOS" para asegurar que el participante se encuentre al corriente en el pago de los impuestos a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 10.- El participante deberá presentar Formato 9 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE ÉTICA" , declarando bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o través de interposita persona, se abstiene de adoptar conductas, para que los servidores públicos y demás personal que integran los Comités, que participan en los procesos de contratación, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |

Handwritten signature and initials in blue ink.



CUADRO 1.- DICTAMEN LEGAL - ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-003-2023
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

| 2.1 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES PARTICIPEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4 |
|--|------------------------------------|--|--|--|
| 2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa | DISTRIBUIDORA DESLAB S DE RL DE CV | DETECCIÓN MOLECULAR Y ASESORÍA ANALÍTICA, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V. |
| 11.- El participante deberá presentar Formato 10 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE CONFIDENCIALIDAD" declarando bajo protesta de decir verdad que proporcionará el servicio bajo las más estrictas reglas de confidencialidad y secreto profesional. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 12.- El participante deberá presentar Formato 11 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE FACULTADES" declarando bajo protesta de decir verdad que se compromete a llevar a cabo los trabajos objeto de la presente adjudicación. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 13.- El participante deberá presentar Formato 12 "NACIONALIDAD" declarando bajo protesta de decir verdad que el participante es de nacionalidad mexicana. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 14.- El participante deberá presentar Formato 13 "CONFLICTO DE INTERÉS" declarando bajo protesta de decir verdad que el participante no se encuentra en el supuesto de "conflicto de interés" para participar en el procedimiento de contratación. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 15.- El participante deberá presentar Formato 14 "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT" declarando bajo protesta de decir verdad que el participante se compromete en caso de resultar adjudicado a entregar la opinión de cumplimiento en sentido positivo de obligaciones fiscales, infonavit y en materia de seguridad social. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |

Observaciones:

Lo anterior con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como, el numeral 3 de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2023.

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2023

ELABORÓ

ING. CIRSE ANDREA RODRIGUEZ MENDOZA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

REVISÓ

MFG. GRECIA ARELI ARENAS RIVERA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

MVZ. MTR. ROBERTO NAVARRO LÓPEZ
DIRECTOR DE LA CPA



CUADRO 2.- DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-003-2023
 "ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | ÁREA DE RECEPCIÓN | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4 |
|----------|--|--|-------|------------------|----------|---|-------------------|---|---|--|--|
| 1 | Escáner de libros y documentos de gran formato S21, cámara A2, alta resolución de 27 MP, apilado automático y extracción de hojas decimales, altura ajustable, OCR multilingüe, funciona en Windows y macos | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ALMACÉN X3 | NO OFERTA | NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V. |
| 2 | Computadora Desktop Proff Desk 400 C7, con procesador intel, core frecuencia base de 3.6 GHz, hasta 4-3 GHz, con tecnología intel Turbo Boost, 6 mb de caché L3 y 4 núcleos, RAM DDR4-2666 mhz de 8 | N/A | N/A | Pieza | 3 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ALMACÉN 1 | NO OFERTA | NO CUMPLE El licitante oferta una cantidad diferente a la requerida en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | | |
| 3 | Tableta gráfica con un tamaño mínimo de 160 x 100mm, alámbricas o inalámbricas. | N/A | N/A | Pieza | 2 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ALMACÉN X3 | NO OFERTA | NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | | |
| 4 | (Baumanómetro) Monitor de presión arterial automático | N/A | N/A | Caja | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ALMACÉN 1 | NO OFERTA | CUMPLE | | |
| 5 | Camilla marina plegable de rescate, acero cromado | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ALMACÉN 1 | NO OFERTA | CUMPLE | | |
| 6 | Estetoscopio cardio 2 pro | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ALMACÉN 1 | NO OFERTA | CUMPLE | | |
| 7 | Microscopio binocular óptico invertido de luz campo claro y contraste de fases, MODELO: Axio VerLAI FL-LED (LED fluorescente para luz reflejada, luz reflejada de fluorescencia de LED) / Objective LD A-Plan Ph1 10x (0.25 mm/0.5 x 10.15 mm) / LED module, wavelength 530 nm / Juego de filtros 1/4, excitador BP 510-560 y Green filter, Ø: 32 mm | Microscopio (630 2152) / objetivos (ZEISS) 4272499100 00 (ZEISS) 4272399100 00 / LED module (ZEISS) 4230529552 000 / filter set (ZEISS) 4880 / 4000 y ZEISS 50000001374 896) | Zeiss | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LBSS | NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | NO OFERTA | NO OFERTA | NO OFERTA |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUADRO 2.- DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-003-2023
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | ÁREA DE RECEPCIÓN | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4 |
|----------|--|--------------|-------------------|------------------|----------|---|-------------------|---|--|--|--|
| 8 | Balanza analítica de precisión, capacidad 420 x 0.001 g, circular de 5.1" | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LBS3 | DISTRIBUIDORA DESLAB S. DE R.L. DE C.V. | DETECCIÓN MOLECULAR Y ASesoría ANALÍTICA, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V. |
| | | | | | | | | NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | NO OFERTA | | |
| 9 | Balanza electrónica de precisión, capacidad 2,200 x 0.1 g, 7.5 x 5.7" | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ANIMALARO | NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | NO OFERTA | | |
| | | | | | | | | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 10 | Congelador con rango de temperatura de -22 a -18 °C interior de acero inoxidable, respaldo de aluminio, puerta de vidrio con cierre automático con cerradura y llave. Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia. Sistema de control electrónico que facilite el ajuste de temperatura y frecuencia de descongelación, compresor Huayi, controles Dixell, deshielo por resistencia, ruedas presinaltadas de servicio pesado con freno. | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LIBM | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| | | | | | | | | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 11 | Congelador vertical, puerta de cristal con dos vidrios templados, acondicionador de bajo mantenimiento, iluminación led, parrilla frontal plástica y rango de t de 23 a 20.5 c, cap. 23.3 pies cúbicos, medidas 0.77m frente x 0.79 fondo x 2m de alto. | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LIBM | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| | | | | | | | | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 12 | Equipo de tanque de oxígeno, capacidad de volumen 680 Litros, puntas nasales, vaso humidificador, carro para trasladar COX, Mascarillo de oxígeno adulto, regulador desmontable, cilindro de aluminio. | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ALMACENT | NO OFERTA | CUMPLE | | |
| | | | | | | | | NO OFERTA | CUMPLE | | |
| 13 | Horno de secado de mesa. Características: Capacidad: 18 litros Intervalo de temperatura: TA + 10°C - 300°C. Estabilidad de temperatura: ± 10 °C. Tipo de convección: Convección natural. Dimensiones externas: 380 x 455 x 560 mm. Dimensiones internas: 260 x 260 x 260 mm. Peso neto: 24 kg. Potencia: 0.6 kW Alimentación: CA, 110V, 60Hz. Accesorios: Regillas removibles, Cable de alimentación y Manual de operación. | Modelo 9025H | ECOSHIL | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | BIOSEGURIDAD | NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | NO OFERTA | | |
| | | | | | | | | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 14 | Estufa de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™, rango de temp. 50°C to 330°C | 5102818 | Thermo Scientific | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LBS3 | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| | | | | | | | | NO OFERTA | NO OFERTA | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUADRO 2.- DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-003-2023
 "ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | ÁREA DE RECEPCIÓN | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4 |
|----------|---|-----------|--------------------|------------------|----------|---|-------------------|---|--|-------------|-------------|
| 15 | Incubadora para 2,000 huevos. Totalmente automática digitalizada. Sistema de temperatura decimal inteligente para mayor exactitud (ayuda a monitorear el proceso de incubación a través del celular por medio de una APP). Sistema de humedad automático programable. Interruptor de Encendido/Apagado independiente. Resistencia. Ventilador. Humidificador. Luz interior. Contador de días de incubación. Mayor ahorro de energía. En caso de ausencia de luz soporta hasta 14 horas manteniendo su temperatura. Charola para agua plástica para evitar corrosión en la misma. Luz LED para mayor ahorro de energía y no genera calentamiento extra. 9 meses de garantía. Oviscopio. Desinfectante. Emblema. Sello de autenticidad. | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LBS3 | NO OFERTA | NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2. Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | | |
| 16 | Microscopio óptico compuesto: cabezal binocular, elementos de vidrio óptico precisos de alta calidad, objetivos acromáticos (4X, 10X, 40X y 100X) y variable iluminación de intensidad | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LIBCM | NO CUMPLE. El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | NO OFERTA | | |
| 17 | Rack para ratones (Rack ventilado para ratones Allentown BC2J, con capacidad de 48 jaulas, sistema IVC con circuito de aire totalmente sellado con presión negativa. Filtración HEPA certificada y sello de 4 puntos. Medidas: 145 x 0.65 x 1.98 m. | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LBS3 | NO OFERTA | NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria. | | |
| 18 | Refrigerador TSC Series General Purpose Laboratory Refrigerators. Rango de temp: 2°C to 10°C | TSG45RPIA | Thermo Scientific™ | Pieza | 2 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LBS3 | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 19 | Refrigerador de acero inoxidable, una puerta sólida de 23 pies control digital, llantas al piso, tres parrillas, puerta con llave, rango de 0 a 4 grados | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LIBCM | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 20 | Refrigerador vertical de una puerta con marco de aluminio anodizado con cuatro parrillas con altura ajustable y una de piso, capacidad de 20 pies cubico, control de T digital, iluminación LED, bajo consumo de energía, sistema de refrigeración por aire forzado, T de 0 a 6 grados, unidad de un tercio HP, 0.716 m frentex, 0.780m fondo x 2.022m alto. | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LIBCM | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 21 | Refrigerador vertical de una puerta con marco de aluminio anodizado con tres parrillas con altura ajustable y una de piso, capacidad de 8 pies cubicos, control de T digital, iluminación led, bajo consumo de energía, sistema de refrigeración por aire forzado, unidad de 1 sexto hp, puertas de cristal, cap. de 8.1, medidas 0.480m frentex x 0.605m fondo x 1.830m alto, t de 0 a 6 grados C. | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LIBCM | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 22 | Sopladora compacta de 700 vatios de mano, potencia 600w, mas bolsa recolectora volumen máximo de aire 145 cm para limpieza, mango ergonómico, gatillo grande con botón fijador de encendido, diseño compacto. | N/A | N/A | Pieza | 2 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ALMACEN 1 | NO OFERTA | NO OFERTA | | |

MS

CUADRO 2.- DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-003-2023
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | ÁREA DE RECEPCIÓN | PROVEEDOR 1 DISTRIBUIDORA DESLAB S. DE R.L. DE C.V. | PROVEEDOR 2 DETECCIÓN MOLECULAR Y ASESORIA ANALÍTICA, S.A. DE C.V. | PROVEEDOR 3 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | PROVEEDOR 4 CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V. |
|----------|--|----------------------------|--------------------------|------------------|----------|---|-------------------|--|---|---|---|
| 23 | Tanques de criopreserva (tanques de nitrógeno): Locator 4 Plus Estándar Rack. Especificaciones: Estándar Rack (18ml viales), Rack part no. HRS09X2A 70 4/VESSEL: 18ml 81 or 100 AMPULE BOX: CSS09X15 40/Vessel 10/Racks. Tipo: Llenado manual de vaso Dewar con N ₂ . Capacidad (Imperial): 4,273 pies cúb. Capacidad (métrico): 121 l. Intervalo de temperatura: Por debajo de -180 °C. Aislamiento: Vacío. Capacidad de la gradilla: 4. Admite: 6000 muestras. Certificaciones/conformidad: CE, CSA. Incluye: Con control de nivel. Modelo: Locator 4 Plus. Tiempo conención estatico: 122 días. Altura exterior (Imperial): 37.5 in. Altura exterior (métrico): 95.3 cm. Diámetro (Imperial): 22 pulg. Diámetro del interior del cuello (Imperial): 8.5 in. Diámetro (métrico): 55.9 cm. Diámetro del interior del cuello (métrico): 21.5 cm. Opciones de vigilancia: Nivel ultrasónico. Tensión: 220 V. Requisitos eléctricos: 220 V/50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Consumo energético: 0.60L. Capac. viales: 4000. Peso con embalaje (métrico): 53.5 kg. Unit Size: Each. | Locator 4 Plus CV509108 | Thermo Fisher Scientific | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LBSS | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 24 | Tanques de criopreserva (tanques de nitrógeno): Locator 4 Plus Special rack. Rack part no. HRS09X20A 4/VESSEL: 5.0ml 1 81 AMPULE BOX: CSS09X10 20/Vessel 5/Racks. Tipo: Llenado manual de vaso Dewar con N ₂ . Capacidad (Imperial): 4,273 pies cúb. Capacidad (métrico): 121 l. Intervalo de temperatura: Por debajo de -180 °C. Aislamiento: Vacío. Capacidad de la gradilla: 4. Admite: 6000 muestras. Certificaciones/conformidad: CE, CSA. Incluye: Con control de nivel. Modelo: Locator 4 Plus. Tiempo conención estatico: 122 días. Altura exterior (Imperial): 37.5 in. Altura exterior (métrico): 95.3 cm. Diámetro (Imperial): 22 pulg. Diámetro del interior del cuello (Imperial): 8.5 in. Diámetro (métrico): 55.9 cm. Diámetro del interior del cuello (métrico): 21.5 cm. Opciones de vigilancia: Nivel ultrasónico. Tensión: 220 V. Requisitos eléctricos: 220 V/50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Consumo energético: 0.60L. Capac. viales: 4000. Peso con embalaje (métrico): 53.5 kg. Unit Size: Each. | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LBSS | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 25 | Ultracongeladores serie TDE. Rango de temperatura: -50°C to -86°C | TDEG086FA | Thermo Scientific™ | Pieza | 4 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | LBSS | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 26 | Equipo Ruesco anyx-400 de última generación, elabora hasta 40 lts por hora de ácido hipocloroso | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | BIOSEGURIDAD | NO OFERTA | NO OFERTA | | |
| 27 | Túnel de descontaminación por medio de puls-jet P-4 | N/A | N/A | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | BIOSEGURIDAD | NO OFERTA | NO OFERTA | | |



CUADRO 2.- DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-003-2023
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

| No. PART | DESCRIPCIÓN | CATÁLOGO | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | ÁREA DE RECEPCIÓN | PROVEEDOR 1 DISTRIBUIDORA DESLAB S. DE R.L. DE C.V. | PROVEEDOR 2 DETECCIÓN MOLECULAR Y ASESORÍA ANALÍTICA, S.A. DE C.V. | PROVEEDOR 3 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | PROVEEDOR 4 CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V. |
|----------|---|----------|---------|------------------|----------|---|-------------------|--|---|---|---|
| 28 | Inclinador MINI de Adfield-Gas Repuestos; y piezas consumibles e incidentales 1 año-Diesel. Incluye instalación y entrenamiento al operario. COMPONENTES ADICIONALES Extensiones de chimenea Si es necesario y de acuerdo de los requerimientos del cliente las chimeneas se podrán extender por secciones. La altura estándar de la máquina con la chimenea suministrada es desde el piso es de 3600mm. Depósito de combustible (Diesel solamente) Un depósito de combustible (doble pared de 110%) para 1000 litros provisto con punto de llenado con tapa de rosca para cierre. Puntos localizados para ventilación, indicador de contenidos de nivel para el aceite. Capacidad de prevención de sobrelenado. Desagüe inferior. Esto depósito de combustible cumple o supera todos los requisitos para el almacenamiento de aceite detallados en: Control de la Contaminación (Almacenamiento de Aceite) (Inglés) (Reglamentación 200) Control de la Contaminación (ensilaje, todo y Casero agrícola) Reglamentación de 1991 Alianza Ambiental para Prevención de la contaminación. Directrices PHC 2. REPUESTOS Y PIEZAS DE MANTENIMIENTO Las siguientes listas dan una indicación del nivel requerido de repuestos que se requirirán para un período de funcionamiento de doce meses, y que deberían ser hallados por el cliente. Durante el período de garantía de responsabilidad civil / defectos de los repuestos utilizados incidentales, requeridos por causa justificada del elemento original, serán reemplazados sin cargo alguno para el cliente. Sin embargo, el cliente será responsable de reemplazar los repuestos consumibles. Repuestos consumibles (1 año) = Diesel - AG-2B-CD Repuestos consumibles (1 año) = Diesel - AG-2B-CD Repuesto Nivel de existencias recomendado por año Thermocouples TCHD-253MA-230 1 Burner Blast Tubes MAXI2BITL 2 Burner Diffusers DIFFMAX2 2 Burner Nozzles NOZZLE125X60 1 Burner Nozzles NOZZLE150X60 1 Nivel Líquido EIL TERCABT 1 Incidentals Spares 0 vest. | N/A | Adfield | Pieza | 1 | 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | ANIMALARIO | NO OFERTA | NO OFERTA | | |

Observaciones:

Lo anterior con fundamento en Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como, el numeral 3 de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2023.

ELABORÓ

BIOL. ISRAEL TIBURCIO SÁNCHEZ
ÁREA TÉCNICA

EN REPRESENTACIÓN DE LA DRA. MARCELA VILLARREAL SILVA SUBDIRECTORA DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ALTA RESPONSABILIDAD

REVISÓ

MVZ. RODRIGO ARMANDO MORENO GARCÍA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ

MVZ. DOMINGO AURELIO HERNÁNDEZ CELIS
EN REPRESENTACIÓN DEL MVZ. MARIO SOLÍS HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO

REVISÓ

MVZ. JUVENAL ESPINOSA MONTAÑO
COORDINADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

MVZ. ÁLVARO MARTÍN GUILLEN MOSCO
ENLACE OPERATIVO

REVISÓ

MVZ. CARLOS JAVIER ALCÁZAR RAMIRO
SUBDIRECTOR DE ENLACE OPERATIVO