



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-002-2024	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"	

En la Ciudad de México, siendo las 10:30 horas del día lunes 06 de mayo de 2024, en la Sala de Directores de la CPA en KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad De México, teléfono 55-59-05-10-00 extensión. 53441; así como en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Título III, Capítulo Tercero, numeral TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO NOVENO de los "LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA" y demás disposiciones aplicables; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el punto 3.1 de la presente convocatoria y de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2024.

Este acto es presidido por la Ing. Cirse Andrea Rodríguez Mendoza, Jefa de Departamento de Adquisiciones y Servicios de la CPA, en cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, quien al inicio de esta junta, manifiesta que de conformidad al punto 3.1 de la presente convocatoria, solamente se atenderán solicitudes de las personas que hayan enviado sus preguntas, por sí o en representación de un tercero, y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, no podrán ejercer su derecho para formular preguntas.

La convocante, señala al inicio del presente acto que se recibió en tiempo y en forma, a través del correo electrónico cirse.rodriguez.i@senasica.gob.mx la solicitud de aclaración a la convocatoria por parte de los proveedores ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA DESLAB S. de R.L. de C.V. y VICTOR HUGO ÁLVAREZ GUTIERREZ. Se anexa copia de los correos electrónicos.

Asimismo, se reitera que no serán atendidas las preguntas recibidas fuera de tiempo, con fundamento en el punto 3.1 de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2024.

No.	Proveedor	Documento	Pregunta	Respuesta
1	Distribuidora Deslab S. de R.L. De C.V.	Partida 6 Anexo Técnico	En la partida 6 se establece "fecha de entrega el 30 de agosto de 2024", se solicita a la convocante nos permita ofrecer la entrega El "13 de septiembre de 2024", ya que el modelo solicitado es importado y los tiempos de entrega del fabricante son de 12 a 14 semanas.	Se acepta la propuesta
2	Distribuidora Deslab S. de R.L. De C.V.	Anexo Técnico	Se solicita amablemente a la convocante que nos aclare si la fecha de entrega en la propuesta económica	Se pueden ofertar tiempos de entrega menores a los

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'JAH' and 'HUGO'.



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

No.	Proveedor	Documento	Pregunta	Respuesta
			debe ser la establecida en el Anexo técnico o podemos colocar otra en caso de ser menor el tiempo de entrega ofertado que el solicitado en esta Convocatoria.	solicitados en el anexo técnico
3	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.	Partida 9 Anexo Técnico	¿Acepta el equipo refrigerador con rango de temperatura de 2 a 8°C, dimensiones externas 9670 x 71.1 x 199.4 cm con capacidad de 23 pies cúbicos y con compresor con potencia de 170W apto para garantizar el rango de temperatura adecuado?	Si se acepta
4	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.	Partida 10 Anexo Técnico	¿Acepta el equipo congelador con puerta sólida, con volumen de 20 pies cúbicos? Y ¿acepta rango de temperatura del equipo de -12 a -20°C, con control análogo y dimensiones externas de 195 x 83.2 x 73.5 cm?	No se acepta
5	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.	Partida 11 Anexo Técnico	¿Acepta el equipo ultracongelador con capacidad para 50000 viales criogénicos de 2mL y nivel de ruido que es de 49.0 dB. ¿Con un tiempo de entrega de 90 días posteriores al fallo?	Si se acepta
6	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.	Partida 13 Anexo Técnico	¿Nos puede confirmar que requiere un volumen de 180L y capacidad de 6,000 viales de acuerdo a la capacidad solicitada por la convocante, el equipo solo puede contener 6 racks para los 6,000 viales, ¿Puede la convocante aceptar que ofertemos con ese número de racks?	Se acepta la propuesta
7	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.	Punto 2.2.1 de la Convocatoria Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa	¿El licitante requiere toda la documentación no original foliada y con rubrica en cada una de las hojas?	Es correcta su apreciación
8	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.	Punto 2.2.3 de la Convocatoria Tercer Sobre: Propuesta Económica	¿El licitante requiere toda la documentación foliada y con rubrica en cada una de las hojas?	Es correcta su apreciación

ms

Juan
103
[Signature]



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

No.	Proveedor	Documento	Pregunta	Respuesta
9	Victor Hugo Álvarez Gutierrez	Partida 9 Anexo Técnico	<p>¿El marco de la puerta del refrigerador necesariamente tiene que ser de Aluminio anodizado?, o ¿puede ser de una calidad similar o superior como por ejemplo Acero Inoxidable AISI 304?</p> <p>¿La capacidad del refrigerador tiene que ser necesariamente de 20 pies cúbicos?, o ¿podría ser en máximo un 10% mayor a la capacidad requerida?</p> <p>¿El Rango de temperatura tiene que ser exactamente de 0 a 6 grados?, o ¿puede ser de un rango más amplio como por ejemplo de 0 a 15 grados?</p> <p>¿El compresor tiene que ser necesariamente de un tercio HP?, o ¿podría ser de un cuarto HP?, que no afecta su rendimiento ni funcionalidad y puede dar un mejor ahorro de energía.</p> <p>Las dimensiones externas solicitadas del refrigerador son: 0.77m frente x 0.79 fondo x 2m de alto, ¿podrían ser en un máximo del +10% de las dimensiones externa? como por ejemplo 0.75m frente x 0.84 fondo x 2.05m de alto.</p> <p>Están dando un tiempo máximo de entrega del refrigerador de 64 días, ¿podrían extender el tiempo máximo de entrega a 130 días?, o ¿cuál podría ser el tiempo máximo de entrega?, que en el caso de salir nosotros adjudicados estaríamos entregando un refrigerador Europeo de buena calidad y de tecnología avanzada.</p>	<p>- No es necesario la puerta de aluminio. Si puede ser de otro material de similar calidad o superior</p> <p>- Debido al espacio, se considera que debe ser de un rango de 20 a 23 pies.</p> <p>- La temperatura no necesariamente debe ser de 0 a 6 grados. El rango debe ser de 4 a 8 grados.</p> <p>- Puede ser de ¼ HP que no afecte su rendimiento y funcionamiento.</p> <p>- Si puede ser de un máximo del 10% de dimensiones propuestas.</p> <p>- El tiempo máximo es de 95 días.</p>
10	Victor Hugo Álvarez Gutierrez	Partida 10 Anexo Técnico	<p>¿El congelador debe de tener necesariamente puerta de cristal?, o ¿puede tener una puerta solida?</p>	<p>- Si puede tener una puerta sólida</p>

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.

Handwritten signatures and initials:
 Juan
 JG
 [Signature]
 [Signature]



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

No.	Proveedor	Documento	Pregunta	Respuesta
			<p>¿El Rango de temperatura tiene que ser exactamente de -23 a -23.5?, o ¿puede ser de un rango más amplio como por ejemplo de 0 a 15 grados?</p> <p>¿La capacidad del refrigerador tiene que ser necesariamente de 23.3 pies cúbicos?, o ¿podría variar en un aproximado de un +10% a la capacidad requerida?</p> <p>Las dimensiones externas solicitadas del refrigerador son: 0.77m frente x 0.79 fondo x 2m de alto, ¿podrían ser en un máximo del +20% más de fondo de las dimensiones externa? como por ejemplo 0.73m frente x 0.933 fondo x 1.985m de alto.</p> <p>Están dando un tiempo máximo de entrega del congelador de 64 días, ¿podrían extender el tiempo máximo de entrega a 130 días?, o ¿cuál podría ser el tiempo máximo de entrega?, que en el caso de salir nosotros adjudicados estaríamos entregando un congelador Europeo de buena calidad y de tecnología avanzada.</p>	<p>- Debe ser del rango solicitado en el anexo técnico</p> <p>- Se aceptan propuestas de capacidad mayor en un 10%</p> <p>- Se acepta la propuesta</p> <p>- No se acepta la propuesta, favor de apegarse a la fecha de entrega solicitada en el anexo técnico</p>
11	Victor Hugo Álvarez Gutierrez	Partida 11 Anexo Técnico	<p>¿El Rango de temperatura del Ultracongelador tiene que ser exactamente de -86 a -50?, o ¿puede ser de un rango más amplio como por ejemplo de 0 a 15 grados?</p>	<p>- El rango de temperatura debe ser el solicitado en el anexo técnico</p>



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

No.	Proveedor	Documento	Pregunta	Respuesta
			Las dimensiones internas solicitadas del Ultracongelador son: 73cm frente x 71.9 fondo x 130.01 de alto, ¿podrían ser en un máximo del +20% más de fondo de las dimensiones externa? como por ejemplo 82cm frente x 69 fondo x 128 cm de alto.	- Se acepta la propuesta
			Están dando un tiempo máximo de entrega del Ultracongelador de 64 días, ¿podrían extender el tiempo máximo de entrega a 130 días?, o ¿cuál podría ser el tiempo máximo de entrega?, que en el caso de salir nosotros adjudicados estaríamos entregando un Ultracongelador Europeo de buena calidad y de tecnología avanzada.	- No se acepta la propuesta, favor de apegarse a la fecha de entrega solicitada en el anexo técnico

Para efectos de la notificación y en términos de las disposiciones establecidas al inicio de la presente acta, a partir de esta fecha queda a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta acta en el KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad De México, la cual estará disponible por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica <http://cpa.gob.mx>.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta, siendo las 10:50 horas del mismo día, mes y año de su inicio.

Esta acta consta de 6 páginas, firmando al margen y al calce para los efectos legales y de conformidad con los asistentes a este evento.

Juan
ms
Hy
pacu



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES**

LIC. LUZ MARÍA VERDUZCO CRUZ
SUBDIRECTORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO
DEL PROGRAMA SOPORTE A LA SANIDAD E
INOCUIDAD

MTRA. GRECIA ARELI ARENAS RIVERA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE
SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

ING. CIRSE ANDREA RODRÍGUEZ MENDOZA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS

**POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES**

MVZ RODRIGO ARMANDO MORENO GARCÍA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

POR LOS LICITANTES

C. ALEJANDRA CANALES RIVERA
CÍRCULO ADN

C. NALLELI PADILLA NAVARRETE
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE
C.V.

..... **FIN** **DEL** **ACTA**

- Las dimensiones externas solicitadas del refrigerador son: 0.77m frente x 0.79 fondo x 2m de alto, ¿podrían ser en un máximo del $\pm 20\%$ mas de fondo de las dimensiones externa? como por ejemplo 0.73m frente x 0.933 fondo x 1.985m de alto.
- Están dando un tiempo máximo de entrega del congelador de 64 días, ¿podrían extender el tiempo máximo de entrega a 130 días?, o ¿cuál podría ser el tiempo máximo de entrega?, que en el caso de salir nosotros adjudicados estaríamos entregando un congelador Europeo de buena calidad y de tecnología avanzada.

Partida No. 11.

- ¿El Rango de temperatura del Ultracongelador tiene que ser exactamente de -86 a -50?, o ¿puede ser de un rango más amplio como por ejemplo de 0 a 15 grados?
- Las dimensiones internas solicitadas del Utracongelador son: 73cm frente x 71.9 fondo x 130.01 de alto, ¿podrían ser en un máximo del $\pm 20\%$ mas de fondo de las dimensiones externa? como por ejemplo 82cm frente x 69 fondo x 128 cm de alto.
- Están dando un tiempo máximo de entrega del Ultracongelador de 64 días, ¿podrían extender el tiempo máximo de entrega a 130 días?, o ¿cuál podría ser el tiempo máximo de entrega?, que en el caso de salir nosotros adjudicados estaríamos entregando un Ultracongelador Europeo de buena calidad y de tecnología avanzada.

De antemano agradezco la atención que por medio de la presénteme puedan brindar.

Atentamente:


Victor Hugo Alvarez Gtz.
Director Comercial
FAVHAG Comercializadora.
e-mail: ventasfavhag@gmail.com
Tel. +52 56 1202 7661







Ciudad de México a 05 de Mayo de 2024.

COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXOTICAS DE LOS ANIMALES (CPA).

Presente:

A quien corresponda:

Junta da Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. CPA-LP-002-2024.

Partida No. 9

- ¿El marco de la puerta del refrigerador necesariamente tiene que ser de Aluminio anodizado?, o ¿puede ser de una calidad similar o superior como por ejemplo Acero Inoxidable AISI 304?
- ¿La capacidad del refrigerador tiene que ser necesariamente de 20 pies cúbicos?, o ¿podría ser en máximo un 10% mayor a la capacidad requerida?
- ¿El Rango de temperatura tiene que ser exactamente de 0 a 6 grados?, o ¿puede ser de un rango más amplio como por ejemplo de 0 a 15 grados?
- ¿El compresor tiene que ser necesariamente de un tercio HP?, o ¿podría ser de un cuarto HP?, que no afecta su rendimiento ni funcionalidad y puede dar un mejor ahorro de energía.
- Las dimensiones externas solicitadas del refrigerador son: 0.77m frente x 0.79 fondo x 2m de alto, ¿podrían ser en un máximo del $\pm 10\%$ de las dimensiones externa? como por ejemplo 0.75m frente x 0.84 fondo x 2.05m de alto.
- Están dando un tiempo máximo de entrega del refrigerador de 64 días, ¿podrían extender el tiempo máximo de entrega a 130 días?, o ¿cuál podría ser el tiempo máximo de entrega?, que en el caso de salir nosotros adjudicados estaríamos entregando un refrigerador Europeo de buena calidad y de tecnología avanzada.

Partida No. 10

- ¿El congelador debe de tener necesariamente puerta de cristal?, o ¿puede tener una puerta solida?
- ¿El Rango de temperatura tiene que ser exactamente de -23 a -23.5?, o ¿puede ser de un rango más amplio como por ejemplo de 0 a 15 grados?
- ¿La capacidad del refrigerador tiene que ser necesariamente de 23.3 pies cúbicos?, o ¿podría variar en un aproximado de un $\pm 10\%$ a la capacidad requerida?

VICTOR HUGO ALVAREZ GUTIÉRREZ

Melchor Ocampo 10-2, Col. Apatlaco, Alcaldía de Iztapalapa, 09430, CDMX.

ventasfavhag@gmail.com

Teléfono 01 (56) 1202 7661

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled '10' and the name 'Javier'.

Cirse Andrea Rodríguez Mendoza

De: FAVHAG Comercializadora <ventasfavhag@gmail.com>
Enviado el: domingo, 5 de mayo de 2024 03:58 a. m.
Para: Cirse Andrea Rodríguez Mendoza
Asunto: Preguntas de la Junta de Aclaraciones y Notificación de participación
Datos adjuntos: Junta de Aclaraciones (preguntas).pdf

Estimada Ing. Cirse Rodríguez, reciba un cordial saludo de mi parte.

Por este medio estoy notificando mi participación en la Licitación Pública Nacional No. CPA-LP-002-2024.

También de manera adjunta estoy enviando mis preguntas para la Licitación.

De antemano agradezco la atención prestada.

Sin más por el momento.

Atentamente:
Victor Hugo Alvarez
FAVHAG Comercializadora
ventasfavhag@gmail.com
Teléfono: 56 1202 7661



FORMATO PARA SOLICITAR ACLARACIÓN A LAS BASES

CIUDAD DE MÉXICO A 03 DE MAYO DE 2024.

CPA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-002-2024

“BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO”

PREGUNTA 1.

Documento	Partida	Referencia	Número de página
ANEXO TÉCNICO	6	FECHA DE ENTREGA	1

EN LA PARTIDA 6 SE ESTABLECE “FECHA DE ENTREGA EL 30 DE AGOSTO DE 2024”, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER LA ENTREGA EL “13 DE SEPTIEMBRE DE 2024”, YA QUE EL MODELO SOLICITADO ES IMPORTADO Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL FABRICANTE SON DE 12 A 14 SEMANAS.

PREGUNTA 2.

Documento Convocatoria	Partida	Referencia	Número de página
ANEXO TÉCNICO	TODAS	FECHA DE ENTREGA	1

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI LA FECHA DE ENTREGA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBE SER LA ESTABLECIDA EN EL ANEXO TÉCNICO O PODEMOS COLOCAR OTRA EN CASO DE SER MENOR EL TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO QUE EL SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA.

Juan



Cirse Andrea Rodríguez Mendoza

De: Asenet Alcántara <aalcantara@deslab.com.mx>
Enviado el: viernes, 3 de mayo de 2024 05:18 p. m.
Para: Cirse Andrea Rodríguez Mendoza
CC: Edgar Mondragón
Asunto: Preguntas DESLAB - Junta de Aclaraciones CPA-LP-002-2024
Datos adjuntos: Preguntas DESLAB CPA-LP-002-2024.pdf

Buenas tardes Ing. Cirse,
Le hacemos llegar en archivo adjunto las preguntas para la Junta de Aclaraciones.
Por favor confirme de recibido.



QFB Asenet Alcántara B.
aalcantara@deslab.com.mx

De: Asenet Alcántara <aalcantara@deslab.com.mx>
Fecha: viernes, 3 de mayo de 2024, 4:55 p.m.
Para: Cirse Andrea Rodríguez Mendoza <cirse.rodriguez.i@senasica.gob.mx>
CC: Edgar Mondragón <edgar.mondragon@deslab.com.mx>
Asunto: Re: LICITACIÓN PÚBLICA NO. CPA-LP-002-2024 "ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

Buena tarde Ing Cirse, enviamos carta intencion de participar en la Licitación.
Por favor confirme recepcion.



QFB Asenet Alcántara B.

Edgar

fcg. *AS* *qu*

aalcantara@deslab.com.mx

De: Cirse Andrea Rodríguez Mendoza <cirse.rodriguez.i@senasica.gob.mx>

Fecha: viernes, 3 de mayo de 2024, 10:09 a.m.

Para: Elizabeth Anahi Hernandez Hernandez <anahi.hernandez.i@senasica.gob.mx>

Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA NO. CPA-LP-002-2024 "ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

Estimados proveedores,

A través del presente, los invito a participar en la "LICITACIÓN PÚBLICA NO. CPA-LP-002-2024 " ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" presencial, la convocatoria y bases podrán consultarlas en la página web:

<https://cpamx.net/index.php/sample-page/>

La apertura y presentación de propuestas se llevará a cabo el día 13 de mayo de 2024 a las 11:00 horas en la Sala de Directores de la CPA ubicada en la Carretera México-Toluca km 15.5, colonia Palo Alto C.P. 05110, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

Cualquier pregunta la podrán enviar por correo cirse.rodriguez.i@senasica.gob.mx a más tardar el día 5 de mayo de 2024 a las 10:29 horas, para poder ser considerada en la junta de aclaraciones.

Los interesados en participar en el proceso deberán notificarlo al correo cirse.rodriguez.i@senasica.gob.mx, a más tardar el 10 de mayo de 2024.

Saludos cordiales.




Naucalpan de Juárez, Edo de México a 06 de mayo de 2024

JUNTA DE ACLARACIONES
CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-002-2024
CONVOCATORIA

Dr. Armando García López
Director de la CPA


Presente

1. **Para la partida 9** el licitante; ¿Acepta el equipo refrigerador con rango de temperatura de 2 a 8°C, dimensiones externas 96.0 x 71.1 x 199.4 cm con capacidad de 23 pies cúbicos y con compresor con potencia de 170W apto para garantizar el rango de temperatura adecuado?
2. **Para la partida 10** el licitante; ¿Acepta el equipo congelador con puerta sólida, con volumen de 20 pies cúbicos? Y ¿acepta rango de temperatura del equipo de -12 a -20°C, con control análogo y dimensiones externas de 195 x 83.2 x 73.5 cm?
3. **Para la partida 11** el licitante ¿Acepta el equipo ultracongelador con capacidad para 50000 viales criogénicos de 2mL y nivel de ruido que es de 49.0 dB. ¿Con un tiempo de entrega de 90 días posteriores al fallo?
4. **Para la partida 13** el licitante; ¿Nos puede confirmar que requiere un volumen de 180L y capacidad de 6,000 viales de acuerdo a la capacidad solicitada por la convocante, el equipo solo puede contener 6 racks para los 6,000 viales, ¿Puede la convocante aceptar que ofertemos con ese número de racks?
5. **Para el punto 2.2.1 Primer Sobre: ¿Documentación Legal y Administrativa**, el licitante requiere toda la documentación no original foliada y con rubrica en cada una de las hojas?
6. **Para el punto 2.2.3 Tercer Sobre: Propuesta Económica**, el licitante requiere toda la documentación foliada y con rubrica en cada una de las hojas?

ATENTAMENTE



NALLELI PADILLA NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
RFC: ALA 860227 ID6



Cirse Andrea Rodríguez Mendoza

De: Nalleli Padilla <nalleli.padilla@accesolab.com>
Enviado el: sábado, 4 de mayo de 2024 08:22 p. m.
Para: Cirse Andrea Rodríguez Mendoza
CC: 'Elizabeth Gonzalez'; lydia.alvarado@accesolab.com; gbruciaga@accesolab.com; 'Yazmin Tlacuati'
Asunto: JUNTA DE ACLARACIONES ACCESOLAB LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-002-2024
Datos adjuntos: JUNTADACLARACIONESACCESOLAB 2024.pdf

Buen día estimada Ing. Rodriguez;
Por este medio le hago llegar la junta de aclaraciones de "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-002-2024"

Que pase un buen día

Biol. Nalleli Padilla Navarrete
Ejecutivo de Ventas Area Metropolitana
nalleli.padilla@accesolab.com
55-3734-1754





SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
AGRICULTURA



SENASICA
SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS
INTEGRADOS Y COORDINADOS DE AGROPECUARIO

**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL,
COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS
ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES**

Lista de asistencia

Asunto:

Junta de aclaraciones licitación pública no. CPA-LP-002-2024

Fecha: 2024-05-06

Ubicación:

Sala de directores

Nombre	Procedencia / Área interna	Teléfono / Extensión	Correo electrónico	Firma
Alejandra Canales R.	Círculo ADDU	5535668898	ventas@circuloaddu.com.mx	
Criste A. Rodriguez Mendota	ASG	53441	criste.rodriguez.i@senasica.gob.mx	
Nelari Padilla Alvarado	Accesoblab	5533251159	nelari.padilla@accesoblab.com	
Elizabeth A. Hernandez H.	ASG	53441	elizabeth.hernandez.i@senasica.gob.mx	
Grecau Abeli Arenas Rivera	GSA	53442	grecau.arenas.i@senasica.gob.mx	
Rodrigo Armando Herrera Garcia	CPA/ST	51244	rodrigo.armando@senasica.gob.mx	
Luz María Verbrás Cruz	Adminvo.	51236	luz.verbrascruz@senasica.gob.mx	
Diego Joaquín Macías Galván	EA	51236	diego.macias.i@senasica.gob.mx	